



## Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0083

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2005

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2005

DISA Elektro AG  
Kägiswilerstrasse 33  
6060 Sarnen

Responsable : M. Dominik Ming  
Responsable SM : M. Guido Bachmann  
Téléphone : +41 41 666 70 50  
E-Mail : <mailto:info@disa.ch>  
Internet : <http://www.disa.ch>  
Première accréditation : 10.03.1998  
Accréditation actuelle : 10.03.2018 au 09.03.2023  
Registre voir : [www.sas.admin.ch](http://www.sas.admin.ch)  
(Organismes accrédités)

### Portée de l'accréditation dès le 10.03.2018

#### Laboratoire d'étalonnages de couple et de force

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure $\pm$ <sup>1)</sup>	Remarques
<b>Capteurs de couple et appareils de mesure de couple</b>	0,01 Nm ... 6 Nm	Par disque générateur de couple et masses de charges	0,5 %, mais pas moins que 0,002 Nm	
	0,5 Nm ... 1000 Nm	Par doubles leviers horizontaux et masses de charge	0,4 %, mais pas moins que 0,002 Nm	
<b>Force</b>				
Appareils de mesure de force et capteurs de force		Avec masses de charges		
Tension et compression	0,01 N ... 1000 N		0,1 %	

\* / \* / \* / \* / \*